

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022

 **De** Rogério Cristofoli <rogerio@crstofoli.com>
Para licitacao@pacodolumiar.ma.gov.br <licitacao@pacodolumiar.ma.gov.br>
Cópia Carolina Sequinel <juridico@crstofoli.com>, Fabio Poltronieri <hospitalar2@crstofoli.com>
Data 02/12/2022 08:32

Bom dia,
Pregoeiro(a)!

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022 - PROCESSO Nº 5361/2022

Solicitação de esclarecimento:

No descritivo do **item 11 "AUTOCLAVE"**, é relacionado que o equipamento deve ser adequado para sistema MONOFÁSICO 220V. Trata-se de equipamento com Potência de 20kW, com consumo elétrico médio de 10 kW/h, produzidas para uma tensão de 220 ou 380 V (trifásico).

Gostaríamos da justificativa que consta na fase interna do processo licitatória para adequação dos equipamentos para uma tensão monofásico.

Atenciosamente.

	<p>Rogério Antônio Cristófoli Vendedor</p> <p>+55 (44) 3518 3464 +55 (44) 3518 3485 rogerio@crstofoli.com rogerio.cristofoli www.cristofoli.com</p>	 <p>Cristófoli, a marca da proteção.</p>
--	--	---